



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ ТИПА

Наименование: Газоанализатор АНКАТ-7664 Микро

Организация-изготовитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор».

Техническая документация согласована письмами № МФ-Т047-0941 от 05.07.2016 г.
ИБЯЛ.413411.053 ТУ и МФ-22-2050 от 03.12.2015 г.
ИБЯЛ.413411.053 ТУ часть 2.

Образец испытан и освидетельствован по программе, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения:

Предназначены для непрерывного автоматического измерения объемной доли кислорода, диоксида углерода, пропана, и метана, массовой концентрации вредных веществ, в том числе паров нефти и нефтепродуктов, дозврывоопасных концентраций метана, горючих газов и паров, их смесей, дозврывоопасных концентраций суммы предельных углеводородов в воздухе рабочей зоны, а также выдачи сигнализации о достижении определяемых компонентов установленных пороговых значений.

Настоящее свидетельство действительно с 13.07.2016 г.

№ 09-11.4-2.10-0393



Директор Московского филиала

(должность)


(подпись)

С.В. Преснов

(фамилия, и. о.)



Технические показатели:

Тип: Газоанализаторы АНК АТ 7664 Микро исполнений ИБЯЛ.413411.053, ИБЯЛ.413411.053-01...18 и ИБЯЛ.413411.053-20...-45.

Габаритные размеры, высота/длина/ширина, не более, мм	-	185/53,5/110;
Рабочая температура ОС, град °С	-	-30/+45;
Масса, не более, кг	-	0,6;
Степень защиты IP	-	68;
Напряжение питания, В	-	от 3,0 до 4,2

Настоящее свидетельство об одобрении типа не заменяет сертификат или аналогичный документ Российского Речного Регистра, выдаваемый на конкретное изделие.

Настоящее свидетельство об одобрении типа теряет силу в случаях, предусмотренных Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

