

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Гигиеническая характеристика материала, контактирующего с измеряемой жидкостью (Фортрон)	
Допустимый уровень миграции химических веществ	млг. на литр
Ацетальдегид	0,2
Фенол	0,05
Диоксибензол	0,002
Оксибензол	0,02
Метанол	0,2
Детали и узлы системы изготовлены из нержавеющей стали 12х18Н10Т - ГОСТ 5033-72, стекло оптическое КВ15 - ГОСТ 130-79	
Материалы, используемые для изготовления изделий, допущены Государственным надзором РФ к применению в контакте с пищевыми продуктами и средами.	

Область применения:

Предназначены для измерения объема спирта, воды и водно-спиртовых растворов, измерения объемной концентрации и объема этилового спирта в измеряемой среде, температуры измеряемой среды, а также подсчета количества бутылок и применяются для линий розлива спирта, воды и спиртосодержащих растворов.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Транспортирование: упакованной в транспортную тару любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке, хранении и проведении погрузо-разгрузочных работ оборудование не должно подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Срок пребывания в условиях транспортирования не более 3 месяцев. Хранение: при темп. от +5 до +40град. С и относительной влажности не более 80% в помещениях, не содержащих паров кислот и щелочей. Гарантийный срок - 1 год со дня приема. Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию.

Информация, наносимая на этикетку:

Маркировка системы должна быть нанесена на наклейке, размещенной на корпусе и иметь следующее содержание: надпись измерительная система "Алко", наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; заводской порядковый номер; год выпуска; информационные надписи

Заключение действительно до 23.01.2011 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 039/325